

お詫びと訂正

みんなの呼吸器 Respica 2020年夏季増刊『「やりたいこと」がすぐできる！人工呼吸器つかいこなしくイックリファレンスブック』におきまして、本文記載内容に誤りがございました。著者および関係者の皆様、読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

【p.144】

表1 身長に対する一回換気量の換算表

男性

身長	予測体重	6mL/kg	8mL/kg
140cm	40kg	240mL	320mL
150cm	48kg	288mL	384mL
160cm	57kg	342mL	456mL
170cm	66kg	396mL	528mL
180cm	75kg	450mL	600mL

女性

身長	理想体重	6mL/kg	8mL/kg
140cm	35kg	210mL	280mL
150cm	44kg	264mL	352mL
160cm	53kg	318mL	424mL
170cm	62kg	372mL	496mL
180cm	71kg	426mL	568mL

予測

※本書では「予測体重」に統一するための訂正であり、「理想体重」も間違いではありません。

【p.164】1行目

誤

プラトー圧は呼気終末で呼吸を止めて測定する必要があり、呼気終末に肺が最も大きく膨らんでいるときの肺胞内圧を意味します（図1）。

正

プラトー圧は吸気終末で呼吸を止めて測定する必要があり、吸気終末に肺が最も大きく膨らんでいるときの肺胞内圧を意味します（図1）。

以上